

MTTF-Zertifikat – Durchflussmesser FC100-CA...

MTTF-certificate – Mass Flow Meter FC100-CA...

Typ/Type	MTTF	MTTFd	MTTFd worst case
FC100...U1	79 Jahre/years	158 Jahre/years	15,8 Jahre/years
FC100...U1T4	70 Jahre/years	141 Jahre/years	14,1 Jahre/years
FC100...U1C1	61 Jahre/years	121 Jahre/years	12,1 Jahre/years
FC100...U1K1	77 Jahre/years	154 Jahre/years	15,4 Jahre/years
FC100...U1T4K1	69 Jahre/years	137 Jahre/years	13,7 Jahre/years
FC100...U1C1K1	59 Jahre/years	119 Jahre/years	11,9 Jahre/years
FC100...U1T4C1	55 Jahre/years	111 Jahre/years	11,1 Jahre/years
FC100...U1T4C1K1	54 Jahre/years	109 Jahre/years	10,9 Jahre/years

Berechnungsformeln

Calculation formulas

$$\text{MTTFd} = \text{MTTF} \times 2$$

$$\text{MTTFd worst case} = \frac{\text{MTTF} \times 2}{10}$$

Berechnungsgrundlagen

Basis of calculation

Normen/Standards: DIN EN ISO 13849-1:2015; SN 29500, T = 40 °C

Abschnitte/Sections: DIN EN ISO 13849-1:2015 C.5:
MTTFd-Daten elektrischer Bauteile
MTTFd data for electrical components
DIN EN ISO 13849-1:2015 D.1:
Parts-Count-Verfahren, ungünstigster Fall mit Sicherheitsfaktor 10
Parts Count method, worst case with a safety factor of 10

Erläuterungen

Explanations

Die Informationen erfolgen unter Ausschluss jeglicher Garantie.

Das aufgeführte Produkt ist kein Sicherheitsbauteil gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Änderungen vorbehalten

The information is given without any guarantee.

The indicated product is no safety component according to the machine directive 2006/42/EC.

Subject to modifications